

检测报告


客户：跨维（深圳）智能数字科技有限公司

订单号：

检测时间：2025-12-09

品名	A5 标定板		型号	WL0001023/A5 标定板-同心圆阵列标定板 220*250*3mm		出货日期：	2025-12-09		
检测项目	崩边、崩角			无					
	表面脏			无					
	图形位置			依图纸					
	针孔			无					
	划伤			无					
	其它缺陷			无					
	检测数据如下：								
	序号	设计值	单位	检验位置编号	序号	实测值	偏差	单位	检测数据结论
	1	30	mm			29.9929	-0.0071	mm	OK
	2	90	mm			90.0151	0.0151	mm	OK
	3	90	mm			90.0107	0.0107	mm	OK
	4	90	mm			90.01	0.01	mm	OK
	5	90	mm			90.0034	0.0034	mm	OK

测量数据点示意图



判定：合格

检测方式：抽检

检测员：002